

RELATÓRIO TÉCNICO

BIORRIG - EQ. DE IRRIG. EM Y

Equipo para irrigação

MS.: 81141859002

MARCA



FABRICANTE

BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Av. Victor Odorico Bueno, 595 – Galpão D – Terra

Preta – Mairiporã / SP CEP: 07600-000

CNPJ: 11.934.368/0001-43 – IE: 433.052.110.118

MS: GXYX3LMXM88H - PABX: (11) 95050-2493

E-mail: biopackprodutoshospitalares@outlook.com

Composição:

Equipo de irrigação e aspiração, fabricado em PVC, isento de látex, ABS, Silicone, PE e PP, E contem câmara gotejadora, clamps corta fluxo, tubos e conectores.

Indicação:

É um equipo de duas vias indicado para irrigação e aspiração ultrassônica, utilizado em procedimentos neurocirúrgico. O Produto é esterilizado em ETO ou Raio Gama

Apresentação:

Embalagem Primária: Papel grau cirúrgico, com 1 unidade.

Embalagem Secundária: Caixa de Papelão, empilhamento máximo 12 caixas.

Instrução de Uso:

Abrir assepticamente a embalagem no momento do uso.

Verificar se o diâmetro é adequado ao produto.

Conectar a extensão ao frasco de soro.

O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas deste tipo de produto. Este procedimento requer que se realize uma análise profunda da necessidade de aplicação deste tipo de produto, devendo ser monitorado pelo profissional durante a aplicação e o tempo que dure o tratamento do paciente.

Evite a aplicação de força excessiva durante a inserção do produto.

O produto é inserido de acordo com os procedimentos padronizados pela equipe médica.

Verifique o estado da embalagem e do produto antes de utilizá-lo.

Verifique se o produto se encaixou adequadamente.

Produto de Uso Único – Destruir após o uso

Precauções, restrições e advertências:

- Evite temperaturas elevadas;
- Proteger da luz e umidade;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso;
- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, ou, seu prazo de validade/esterilização esteja vencido.

Imagens:



NOME	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BIOPACK
BIORRIG	Equipo de duas vias indicado para irrigação e aspiração ultrassônica, utilizado em procedimentos neurocirúrgico.	00.50.001